

Verfahren: BJV 2026001409 - Rahmenvereinbarung über molekulargenetische Analysen an Mundschleimhautabstrichen, Blutproben und Spurenrägern

---

### LEISTUNGSKRITERIEN

#### 1 Angebotsbezogene Erklrungen und Nachweise

##### 1.1 Nachweis der Zuverlssigkeit (A1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot den Nachweis bzw. die Eigenerklrungen zur Ihrer Zuverlssigkeit beigefgt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort whlbar

##### 1.2 Ausstattung des Labors (A2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot Angaben bezgl. der Ausstattung Ihres Labors beigefgt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort whlbar

##### 1.3 Auftragsverarbeitungsvertrag (A3) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie die den Auftragsverarbeitungsvertrag durch Ihre Angaben ergnzt, unterschrieben und Ihrem Angebot beigefgt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort whlbar

##### 1.4 Zertifizierung Sicherheitsanforderungen (A4) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot die Zertifizierung(en) gem. der Anlage „Anforderungen an die Informationssicherheit bei Vergabeverfahren“ beigefgt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort whlbar

##### 1.5 Sicherheitskonzept (A5) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot das Sicherheitskonzept gem. der Anlage „Sicherheitsanforderungen unter Nutzung von Verarbeitungsinfrastrukturen des Auftragsverarbeiters“ beigefgt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort whlbar

##### 1.6 Eigenerklrung qualittssichernde Manahmen (A6) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklre, dass die Anforderungen an sonstige qualittssichernde und –erhaltende Manahmen gem. Punkt 3.10 der Vergabeunterlage eingehalten werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

**1.7 Nachweis Eignungsprüfungen (A7) [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot Nachweise zu Eignungsprüfungen gem. DIN EN ISO/IEC 17025 (siehe Vergabeunterlage 3.1) beigelegt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.8 Eigenerklärung Endkontrolle eines Vorgangs (A8) [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass die in Punkt 3.3.6 und 3.4.8 genannten Mindestanforderungen an die Durchführung der Endkontrolle erfüllt werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.9 Erklärung zur Endkontrolle eines Vorgangs1 (A9) [Mussangabe]**

Wie erfolgt die Endkontrolle für Meldebögen bei DNA-Untersuchungen an Vergleichsproben (siehe Vergabeunterlage Punkt 3.3.6)?

- ☐ Keine Angabe (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Meldebogens erfolgt nach medienbruchfreien Datentransfer vom Analysegerät bis zum Meldebogen im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich durch zwei Sachverständige (10 Punkte). (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Meldebogens erfolgt nach medienbruchfreien Datentransfer vom Analysegerät bis zum Meldebogen durch einen Sachverständigen und eine zweite fachlich eingewiesene Person im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich (5 Punkte). (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Meldebogens erfolgt im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich durch einen Sachverständigen und eine zweite fachlich eingewiesene Person (0 Punkte). (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.10 Erklärung zur Endkontrolle eines Vorgangs2 (A9) [Mussangabe]**

Wie erfolgt die Endkontrolle für Ergebnisbewertungen und Ergebnisberichten bei DNA-Untersuchungen an Spurenmaterial und Asservaten (siehe Vergabeunterlage Punkt 3.4.8)?

- ☐ Keine Angabe (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Ergebnisberichtes erfolgt nach medienbruchfreien Datentransfer vom Analysegerät bis zum/r Meldebogen/Gutachtentabelle im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich durch zwei Sachverständige (10 Punkte). (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Ergebnisberichtes nach medienbruchfreien Datentransfer vom Analysegerät bis zum/r Meldebogen/Gutachtentabelle erfolgt im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich durch einen Sachverständigen und eine zweite fachlich eingewiesene Person (5 Punkte). (0)  
☐ Die Endkontrolle des Vorgangs/des Ergebnisberichtes erfolgt im dokumentierten Vier-Augen-Prinzip-Abgleich durch einen Sachverständigen und eine zweite fachlich eingewiesene Person (0 Punkte). (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.11 Nachweise Eignung von Sachverständigen (A10) [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot zum Nachweis der Eignung der Sachverständigen oder Amtsträger, die für die Erstellung von Gutachten vorgesehen sind, gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 jeweils mindestens drei in Strafverfahren vor Gerichten eingeführte, deutschsprachige Gutachten mit den dazugehörigen Laborprotokollen und Analysedaten sowie sieben weitere, von diesen Personen jeweils erstellte Gutachten (inkl. Laborprotokollen und Analysedaten), die nicht zwingend vor Gericht vertreten worden sein müssen, beigelegt?

Unter diesen Gutachten müssen sich auch solche befinden, in denen Mischspurbefunde biostatistisch beurteilt werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.12 Personalkonzept (A11) [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot ein Personalkonzept gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 beigelegt?

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.13 Maßnahmen Zugangsregelung und Einbruchschutz (A12) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot ein Konzept mit Maßnahmen zur Zugangsregelung und zum Einbruchschutz gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 beigefügt?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.14 Maßnahmen zum Brandschutz (A13) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot ein Konzept mit den Maßnahmen zum Brandschutz gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 beigefügt?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.15 Konzept verwechslungssichere Probensteuerung (A14) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot ein Konzept zur verwechslungssicheren Probensteuerung durch die Analytik gem. Vergabeunterlage Punkt 3.9 beigefügt?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.16 Konz. Erkennung, Vermeidung Kontaminationen (A15) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot ein Konzept mit Maßnahmen zur Erkennung und Vermeidung von Kontaminationen gem. Vergabeunterlage Punkt 3.10 beigefügt?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.17 Cut-Off-Validierung (A16) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot eine Validierung des Konzentrationswertes aus der qPCR („Cut-off“), ab dem auf eine STR-PCR der Spuren verzichtet werden kann, beigefügt?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.18 Eigenerklärung verbindl. Leistungsfristen (A17) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass die Mindestanforderungen an die Leistungsfristen gem. Vergabeunterlage Punkt 3 erfüllt werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.19 Eigenerklärung verkürzte Bearbeitungszeiten1 (A18) [Mussangabe]

Welche Bearbeitungszeit können Sie bei DNA-Untersuchungen an Vergleichsproben gerechnet vom Erhalt (Übergabe) der Proben und des Untersuchungsauftrags bis zur Versendung der ausgefüllten Meldebögen gewährleisten (siehe Vergabeunterlage Punkt 3.3.10)?

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt (Übergabe) der Proben und des Untersuchungsauftrags bis zur Versendung der ausgefüllten Meldebögen, erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen (10 Punkte). (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt (Übergabe) der Proben und des Untersuchungsauftrags bis zur Versendung der ausgefüllten Meldebögen, erfolgt in 15-18 Kalendertagen (5 Punkte). (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt (Übergabe) der Proben und des Untersuchungsauftrags bis zur Versendung der

ausgefüllten Meldebögen, erfolgt innerhalb von 19-21 Kalendertagen (0 Punkte). (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.20 Eigenerklärung verkürzte Bearbeitungszeiten2 (A18) [Mussangabe]

Welche Bearbeitungszeit können Sie bei DNA-Untersuchungen an Spurenmaterial und Asservaten gerechnet vom Erhalt der Asservate und des Untersuchungsauftrages bis zur Versendung der Ergebnisberichte und der ausgefüllten Meldebögen gewährleisten (siehe Vergabeunterlage Punkt 3.4.2)?

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt der Asservate und des Untersuchungsauftrages bis zur Versendung der Ergebnisberichte und der ausgefüllten Meldebögen, erfolgt innerhalb von vier Wochen oder in kürzerer Zeit (10 Punkte). (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt der Asservate und des Untersuchungsauftrages bis zur Versendung der Ergebnisberichte und der ausgefüllten Meldebögen, erfolgt nach mehr als vier Wochen, aber innerhalb von fünf Wochen (5 Punkte). (0)
- ☐ Die Bearbeitung, gerechnet vom Erhalt der Asservate und des Untersuchungsauftrages bis zur Versendung der Ergebnisberichte und der ausgefüllten Meldebögen, erfolgt nach mehr als innerhalb von sechs Wochen (0 Punkte). (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 2 Mindestanforderungen/Ausschlusskriterien

### 2.1 Probenverbleib und Analyseort [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.2 die Proben nicht das deutsche Staatsgebiet verlassen und Analysen nur in der BRD vorgenommen werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2 DNA-Untersuchung bei nur einer Vergleichsprobe [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.5 im Fall nur eines eingesandten Stabupfers mit Vergleichsmaterial einer Person, die Befunde für alle Merkmalssysteme komplett durch eine zweite unabhängige PCR-Analyse abgesichert wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.3 Abgleich PCR-Ergebnis DNA-Profil Personal [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Um Kontaminationen durch eigenes oder zugangsberechtigtes Personal erkennen zu erkennen, bestätige ich, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.5 jedes PCR-Ergebnis mit den DNA-Profilen dieses Personenkreises abgeglichen wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.4 Qualitätskontrolle Präparationsansatz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage 3.3.5 zur Qualitätskontrolle in jedem Präparationsansatz Positiv- und Negativkontrollen mit durchgeführt werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.5 Proben Typisierung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass an den Proben eine fehlerfreie, vollständige Typisierung nach neuestem wissenschaftlichem Kenntnisstand derzeit in den Merkmalssystemen SE33, D21S11, vWA, TH01, FIBRA, D3S1358, D8S1179, D18S51, D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391, D22S1045, D16S539, D2S1338, D19S433 und Amelogenin durchgeführt werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.6 Maschinelle Eintragung in Meldebögen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 (recherchefähige) DNA-Merkmalprofile maschinell in die Meldebögen eingetragen werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.7 Endkontrolle des Meldebogens im Vier-Augen-Prinzip [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass die Endkontrolle eines Meldebogens gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 im Vier-Augen-Prinzip erfolgt.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.8 Bestätigung Ergebnisse Meldebogen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 bestätige ich, dass die Richtigkeit des Ergebnisses eines Meldebogens durch den verantwortlichen Wissenschaftler bestätigt wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.9 Verwaltungs- und Analysedaten in Barcode [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 Verwaltungs- und Analysedaten in Form eines zweidimensionalen Barcodes auf dem Meldebogen hinterlegt werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.10 Benennung der Allele [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage 3.3.6 und 3.4.8 die Benennung der Allele nach standardisierter Nomenklatur erfolgt, wobei bei Meldebögen die für die DAD zulässigen Allel-Wertebereiche der Merkmalssysteme zu beachten sind. Allele außerhalb dieser Wertebereiche werden mit „1“ bzw. „99“ eingetragen (mit Hinweis zum tatsächlich nachgewiesenen Allelwert im Bemerkungsfeld).

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.11 Richtlinien/ Hinweise f. Erstellung von Meldebögen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass für die Erstellung von Meldebögen bzw. Mischspurmeldebögen gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 die jeweils aktuellen Richtlinien und Hinweise des BKA gelten.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.12 Eindeutige Verknüpfung Proben u. Vorgangsdaten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.6 und 3.4.8 Proben eindeutig mit den Vorgangs- und Verwaltungsdaten verknüpft werden, so dass eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse für die beantragende Ermittlungsdienststelle möglich ist.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

**2.13 Umgang mit Proben und Asservaten [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.9 und 3.4.13 Reste von Mundschleimhautabstrichen oder Blutproben von Personen sowie bei Untersuchung angefallenen Zwischenprodukte (DNA-Extrakt, PCR-Produkte) unverzüglich vernichtet werden, wenn sie für die Untersuchung nicht mehr erforderlich sind. Des weiteren bestätige ich, dass DNA-Extrakte sowie restliche Hilfspurenträger bis zu einer Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft sachgerecht und sicher eingelagert sind, ergebnisrelevante Aufzeichnungen und Dateien archiviert werden und Asservate in Originalverpackung an das LKA HH zurückgesendet werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.14 Ergebnisüberprüfungen innerhalb von 2 Werktagen [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.3.8 die Ergebnisüberprüfungen innerhalb von zwei Werktagen erfolgt, wenn das LKA 39 eine Ergebnisüberprüfung abfordert, weil ein unvollständiges DNA-Merkmalprofil übermittelt wurde und dieses in der DAD Teil eines „Treffers“ ist.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.15 Gerichtsvorladung Gutachter [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4 einem von mir beauftragten Gutachter die Möglichkeit gegeben wird, einer Gerichtsvorladung als Sachverständiger Folge zu leisten

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.16 Bearbeitungszeit bei Eilbedürftigkeit [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.2 eine verkürzter Bearbeitungszeit von max. zehn Werktagen bei besonderer Eilbedürftigkeit und von drei Werktagen für eine Treffer- oder Ergebnisüberprüfung gelten.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.17 Asservatenverbleib und Analyseort [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.4 die Asservate und davon gesichertes Spurenmaterial nicht das deutsche Staatsgebiet verlassen und Analysen nur in der BRD vorgenommen werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.18 Eingangsbestätigung von Aufträgen [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass der Eingang der Untersuchungsaufträge und Asservate, sowie die Erfassung der entsprechenden Daten gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.6 spätestens am folgenden Werktag nach Erhalt der Lieferung an das LKA 35 bestätigt wird.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.19 DNA-Isolation [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass die Isolation der DNA aus Spuren und Vergleichsmaterial gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.7 nach neuestem Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführt wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.20 Qualitätskontrolle Analyseansatz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage 3.4.7 zur Qualitätskontrolle in jedem Analyseansatz Positiv- und Negativkontrollen mit durchgeführt werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.21 Absicherung von Befunden durch unabh. PCR-Analyse [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.7 Befunde, die in einen Meldebogen oder in eine gutachterliche Bewertung mit biostatistischer Berechnung eingehen, immer komplett durch eine zweite, unabhängige PCR-Analyse abgesichert werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.22 Fachliche Bewertung durch Sachverständigen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.8 die fachliche Bewertung aller Ergebnisse zu einem Untersuchungsantrag durch einen angestellten Sachverständigen erfolgt.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.23 Sachverständige Begutachtung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.8 die sachverständige Begutachtung zu eindeutigen Aussagen führt und Spuren qualitativ in Spurenklassen einteilt.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.24 Qualifizierte, gutachterliche Auswertung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.8 die qualifizierte, gutachterliche Auswertung von DNA-Spuren-Profilen und z.T. komplexen DNA-Mischspuren-Profilen/-Teilprofilen gewährleistet wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.25 Bestätigung Richtigkeit Meldebogen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.8 die Richtigkeit der Ergebnisse und ihrer Interpretation durch den verantwortlichen Wissenschaftler auf dem Meldebogen bestätigt wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

**2.26 Bewertungskriterien DNA-Untersuchungsergebnisse [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.9 für die Auswertung und Interpretation der DNA-Untersuchungsergebnisse (Artefakt Erkennung, Mischspurbewertung, stochastischer Schwellenwert, Einschluss/Ausschluss von Spurenverursachern etc.) im Rahmen von Arbeitsanweisungen geeignete Bewertungskriterien festgelegt werden, die dem LKA 35 nach Aufforderung vorzulegen sind.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.27 Trefferüberprüfung [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.11 die Trefferüberprüfungen innerhalb von drei Werktagen nach einer Meldung durch das LKA 35 über einen DNA-Analyse-Datei-Treffer erfolgt, um diesen zu bestätigen

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.28 Weitergabe an Dritte [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.4.13 die Einlagerung, Archivierung und Rücksendung der Asservate bzw. der Spurenträger, DNA-Extrakte und Untersuchungsergebnisse durch Dritte grundsätzlich ausgeschlossen ist.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.29 Vorlage Gutachten [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Haben Sie Ihrem Angebot gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 mind. drei in Strafverfahren vor Gerichten eingeführte, deutschsprachige Gutachten mit den dazugehörigen Laborprotokollen und Analysedaten sowie sieben weitere, von diesen Personen jeweils erstellte Gutachten (inkl. Laborprotokollen und Analysedaten), die nicht zwingend vor Gericht vertreten worden sein müssen, beigelegt? Unter diesen Gutachten müssen sich auch solche befinden, in denen Mischspurbefunde biostatistisch beurteilt werden.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.30 Eigenerklärung festangestelltes Laborpersonal [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 ausschließlich fest angestelltes, geschultes und eingearbeitetes Laborpersonal mit den Analysen betraut wird.

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.31 Laborpersonal mit qualifizierter Berufsausbildung [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 das eingesetzte Laborpersonal über eine qualifizierte Berufsausbildung als technische Laborassistenz verfügen (z.B. MTA oder BTA).

- ☐ Keine Angabe  
☐ Ja  
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.32 Urlaubs- und Krankenvertretung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.6 die Urlaubs- und Krankheitsvertretung gewährleistet werden kann.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.33 Bauliche Trennung Prä- und Post-PCR-Bereiche [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 Prä- und Post-PCR-Bereiche baulich voneinander getrennt sind. Für den PCR-Ansatz ist ein separater Raum im Prä-PCR-Bereich (getrennt von der Spurensuche und -sicherung) vorgesehen bzw. bereits vorhanden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.34 Einbruchssicherungen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 geeignete Einbruchssicherungen vorhanden sind und das Labor sowie die für Lagerung, Aufbewahrung und Spurensuche/-sicherung von Proben und Daten genutzten Räume ausreichend gegen Einbruch geschützt sind.

Als Mindestmaßnahme ist die Verwendung einer elektronischen Zugangskontrolle anzusehen.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.35 Brandschutzmaßnahmen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 geeignete Brandschutzmaßnahmen vorhanden sind und das Laborräume sowie die für die Lagerung, Aufbewahrung und Spurensuche/-sicherung von Proben, Asservaten und Daten genutzten Räume ausreichend geschützt sind.

Als Mindestmaßnahme ist die Verwendung einer Brandmelder-Überwachung der vorangegangenen Räume anzusehen.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.36 Zugangsbeschränkungen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.7 durch geeignete Maßnahmen eine Zugangsbeschränkung für die Archiv-, Lager und Arbeitsbereiche gewährleistet wird, so dass gemäß StPO die unbefugte Kenntnisnahme Dritter ausgeschlossen ist. Zudem bestätige ich, dass in den benannten Bereichen nur Untersuchungsmaterialien des AG gelagert werden, die Verwahräume werden stets verschlossen gehalten.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.37 Laborausstattung aktueller wissenschaftl. Stand [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 die Laborausstattung dem aktuellen wissenschaftlichen Stand und dem dem avisierten Auftragsvolumen entspricht.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.38 Redundanz unverzichtbarer Analysegeräte [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 für unverzichtbare Analysegeräte eine redundante Ausstattung (Ausfallsicherheit) vorhanden ist.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.39 Jährliche, externe Überprüfung der Analysegeräte [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 alle Analysegeräte mindestens einmal jährlich durch eine externe Fachfirma überprüft und gewartet werden. Dies werde ich auf Anforderung in geeigneter Form nachweisen.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.40 Fragmentlängenbestimmung mittels Software [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 die Fragmentlängenbestimmung mittels geeigneter Software (z.B. Genemapper oder gleichwertig) erfolgt.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.41 Getrennte Sätze von Laborhilfsmittel [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 für Prä- und Post-PCR-Bereiche jeweils getrennte Sätze von Laborhilfsmitteln, Laborbekleidung, Geräten und Verbrauchsmaterialien vorhanden sind.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.42 Geräteausstattung Spurensicherung Kleinstspuren [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 für die Spurensicherung eine Geräteausstattung vorhanden ist, die die auflichtmikroskopische Suche, Dokumentation und Präparation mikroskopisch kleiner Spuren z. B. an Werkzeugen, Klebefolien, Handschuhen oder Bekleidungsstücken ermöglicht.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.43 Forensische Lichtquellen und Fotokameras [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 forensische Lichtquellen mit definierter Wellenlänge für die Sekretspurensuche sowie Fotokameras für die fotografische Dokumentation vorgehalten werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.44 Stabtpuffer Ethylenoxid-begast [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.8 zur Spurensicherung verwendete Stabtpuffer Ethylenoxid-begast sind; das verwendete Produkt wird mit LKA 35 abgesprochen.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.45 Räumliche/ zeitliche Trennung Probenanalyse [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.9 personenproben und Spuren aus demselben Vorgang entweder räumlich oder zeitlich getrennt bearbeitet werden, so dass Kontaminationen verhindert werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.46 Referenz-Datenbank der Mitarbeiter-DNA-Profile [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bestätige, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.9 von sämtlichen Personen mit Zugang zu den Untersuchungsräumen (auch Reinigungs- und Service-Personal oder Laborbesucher) die Befunde in den zu untersuchenden DNA-Merkmalssystemen in abgleichbarer Form vorliegen und alle erhobenen Merkmalsbefunde mit den Merkmalsbefunden dieser Personen abgeglichen werden. Zudem bestätige ich, dass bei Übereinstimmungen mit der Übersendung des betreffenden Meldebogens gleichzeitig eine Mitteilung an das LKA 35 über den Kontaminationsverdacht stattfinden wird.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 2.47 Kontrolle/ Protokollierung Arbeitsschritte [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, dass gem. Vergabeunterlage Punkt 3.9 alle Schritte, bei denen Verwechslungen auftreten können (vom Probeneingang bis zum Eintragen der Befunde in den Meldebogen), von einer zweiten Person kontrolliert und protokolliert werden bzw. bei automatisierten Arbeitsschritten lückenlos durch Barcodeabgleiche begleitet werden.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar