

Verfahren: BJV 2026001635 - Lieferung von medizinischer Einmalbettwäsche

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"medizinische Einmallacken"

1.1 Technische Leistungsbeschreibung (A1 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie die technische Leistungsbeschreibung ausgefüllt und hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachweis Verpackung (A2 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie den Nachweis für die Verpackung Recyclingmaterial 80% mit hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 EU-Konformitätserklärung (A3 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie die EU-Konformitätserklärung nach MDR (EU 2017/745) hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Technische Dokumentation (A4 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie eine Technische Dokumentation (Auszug) mit Risikobewertung nach ISO 14971, Biocompatibility-Nachweis nach EN ISO 10993 und Prüfberichte zu den mechanischen und chemischen Eigenschaften hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Zertifikat (A5 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie das Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 13485 hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.6 Muster (A6 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie ein Muster mit der Kennzeichnung mit CE, UDI und Herstellerangaben hochgeladen?

- ☐ ☐ Keine Angabe
☐ ☐ Ja
☐ ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Datenblatt (A 7 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie ein Datenblatt mit Materialzusammensetzung, Abmessungen und technischen Spezifikationen hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Nachweis Brandschutz (A 8 Los 1) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie den Nachweis Wärmeisolation mit hochgeladen?
Für die Wärmeisolation ist ein Rct-Wert nach DIN EN ISO 11092 zwischen 2,3 m²K/W und 4,0 m²K/W erforderlich und nachzuweisen.
Der Höchstwert ist anzustreben.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Los 2 -"medizinische Einmaldecken"

2.1 Technische Leistungsbeschreibung (A1 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie das technische Leistungsverzeichnis ausgefüllt und hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Verpackung Recyclingmaterial (A2 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie den Nachweis für die Verpackung Recyclingmaterial 80% mit hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3 EU-Konformitätserklärung (A3 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie die EU-Konformitätserklärung für die angebotenen Produkte nach MDR (EU 2017/745) hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Technische Dokumentation (A4 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie die EU-Konformitätserklärung nach MDR (EU 2017/745) hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Zertifikat (A5 Los2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie das Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 13485 mit hochgeladen?

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.6 Muster (A 6 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie ein Muster der Kennzeichnung mit CE, UDI und Herstellerangaben hochgeladen?

- ☐ *Keine Angabe*
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.7 Datenblatt (A7 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie das Datenblatt mit Materialzusammensetzung, Abmessungen und technischen Spezifikationen hochgeladen?

- ☐ *Keine Angabe*
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.8 Nachweis Brandschutz (A8 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie den Nachweis Wärmeisolation mit hochgeladen?

Für die Wärmeisolation ist ein Rct-Wert nach DIN EN ISO 11092 zwischen 2,3 m²K/W und 4,0 m²K/W erforderlich und nachzuweisen. Der Höchstwert ist anzustreben.

- ☐ *Keine Angabe*
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.9 Nachweis Wärmeisolation (A 9 Los 2) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Haben Sie den Nachweis: Wärmeisolation ist ein Rct-Wert nach DIN EN ISO 11092 zwischen 2,3 m²K/W und 4,0 m²K/W erforderlich und nachzuweisen, der Höchstwert ist anzustreben, hochgeladen?

- ☐ *Keine Angabe*
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar